


GUIDE RAPIDE KANE460

DESCRIPTION DU KANE460




CONTROLE DE COMBUSTION

Sélection du combustible :

Appuyer sur  , puis REGLAGES, puis COMBUSTIBLE et sélectionner votre combustible à l'aide des flèches puis ENTRER

Sélection Mode contrôle de combustion :

Appuyer sur la touche  , puis MESURES, puis sélectionner « Contrôle de combustion »


Impression des données :

Réaliser votre contrôle de combustion. Une fois le contrôle terminé, appuyer sur F1 pour imprimer vos résultats sur l'imprimante infrarouge optionnelle

EDITION DE L'ATTESTATION D'ENTRETIEN



Sélection Mode Attestation d'entretien :

Appuyer sur la touche  , puis MESURES, puis sélectionner « Attestation d'entretien »

Sélectionner « Nouvelle attestation »

Sélectionner votre combustible, les tests que vous souhaitez réaliser en fonction du type de chaudière que vous contrôlez (CO ambiant et/ou contrôle de combustion), puis sélectionner « Démarrer Test »


Une fois les mesures effectuées, entrer les valeurs de Rendement évalués (Eff value), rendement de référence (Eff Ref) et les Nox évalués, puis sélectionner CONTINUER.

L'analyseur enregistre votre attestation et ses valeurs. Aller sur l'application KANELive pour éditer l'attestation d'entretien et faire signer votre client.

UTILISATION DU KANE460 EN MANIFOLD

(KIT KANE-HUB4 en option)

Appairage des capteurs (WPCP2 température & WPP1 pression) :

Appuyer sur la touche , puis PARAMETRE, puis sélectionner « GERER APPAREILS LINK ».

Sélectionner AJOUTER, puis connecter vos capteurs à l'aide des numéros de série

Sélection Mode HVACR :

Appuyer sur la touche , puis MESURES, puis sélectionner « HVACR », puis DEMARRER.

Sélectionner votre fluide sur l'écran en haut à gauche à l'aide des flèches HAUT et BAS.

Connecter vos capteurs de pression et de température à votre installation et analyser vos données sur l'écran de votre analyseur.

Impression des données :









Réaliser votre contrôle, une fois le contrôle terminé, appuyer sur F1 pour imprimer vos résultats sur l'imprimante infrarouge optionnelle

AUTRES FONCTIONS DU KANE460

(Certaines options peuvent être nécessaires)

Votre analyseur KANE460 peut également effectuer des mesures de pression gaz, tirage, température différentielle avec sondes filaires ou sans fil, mesure de CO ambiant (vous pouvez connecter jusqu'à 4 détecteurs – Réf : KANE79) et connecter un thermo-anémomètre (Réf : DTHA2).

TOUCHES DU CLAVIER

SYMBOLE	DESCRIPTION
 PLAY / PAUSE	Marche / Arrêt pompe
 IMPRIMER / F1	Appui court pour imprimer un ticket – L'analyseur vous proposera d'envoyer les données en infrarouge (vers l'imprimante optionnelle) ou en Bluetooth (vers l'application KANE LIVE)
 MENU	Retour au menu principal
 ENR. / F2	Appui court pour enregistrer / F2
 HAUT	Appui court pour aller vers le haut
 BAS	Appui court pour aller vers le bas
 RETOUR / ANNULER	RETOUR / ANNULER
 OK / ENTRER	OK / ENTRER

KANE SERENITE

- Garantie jusqu'à 10 ans
- Frais de transport aller/retour gratuit
- Intervention en 24h (Ou prestation remboursée)
- Garantie vol



KANE International

123, rue Françoise Sagan
59450 Sin le Noble
Tél : 03 27 80 88 54
infos@kane.fr



KANE



SÉRÉNITÉ

